

名称：广东省清远市质量计量监督检测所

地址：广东省清远市新城 B47 号区洲心工业园广东广报传媒印务有限公司厂房 6 区之一

注册号：CNAS L2792

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2024 年 09 月 18 日 截止日期：2030 年 05 月 08 日

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
未分组						
1	零部件	1	工件尺寸	产品几何技术规范 (GPS) 光滑工件尺寸的检验 GB/T 3177-2009	坐标测量机法； 测量范围 (1000×1200×800) mm； 测量精度 2.3 μm。	2024-09-18
		2	几何公差	产品几何技术规范 (GPS) 几何公差检测与验证 GB/T 1958-2017 7.1~7.3	坐标测量机法； 测量范围 (1000×1200×800) mm； 测量精度 2.3 μm。	2024-09-18



No. CNAS L2792

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	粗糙度	产品几何技术规范 (GPS) 光滑工件尺寸的检验 GB/T 10610-2009 7	只测 Ra	2024-09-18
2	材料表面分析	1	长度	微米级长度的扫描电镜测量方法通则 GB/T 16594-2008		2024-09-18
		2	成分分析	微束分析 扫描电镜能谱仪定量分析参数的测定方法 GB/T 25189-2010	仅限：碳、氮、氟、氧、硅、硫、磷、镁、铝、钙、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、硼、铅	2024-09-18



在线扫码获取验证